

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

PA nº 7062/16

Anexo I

				LOTE 2		
Item	Qtde mensal	Qtde. 6 meses	Apres.	Descritivo Completo	Valor Unitário	Valor Total
1	20	120	Uni	<p>CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO - Tipo elétrico, tipo gabinete de plástico resistente, Com sistema indicador de pureza de oxigênio, com filtro de partícula na entrada e filtro bacteriológico na saída, sistema de desligamento automático para sobrecarga, alta temperatura e alta tensão, Com potência entre 320W - 380W, capacidade aproximada de 0,5 a 5 L/min (fluxo por litro), concentração mínima de 93% (+/- 3%), Níveis de alarme de oxigênio, temperatura de operação de 12 a 32 C, com umidade em operação de aproximadamente 95%, pressão de saída de 5,5 PSI. Com alarme sonoro, sistema de segurança, Acessórios que devem acompanhar cada concentrador.</p> <p>a) 1 cateter nasal medindo no mínimo 15 metros b) 1 Umidificador do concentrador c) 1 kit adulto ou infantil para micronebulização Voltagem: 110V.</p>	R\$ 123,84	R\$ 14.860,80
				Total Lote 2	R\$ 14.860,80	