

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires
ANEXO II - REFERÊNCIA DE PREÇOS
RETIFICADO 02

Processo nº 2700/2021

Pregão nº 070/2021

Item	Qtde mensal	Qtde Anual	Apres.	Descriativo Completo	Média	
					Valor Unitário	Valor Total
1	80	960	Uni	<p>Locação de CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO - Tipo elétrico, tipo gabinete de plástico resistente, com sistema indicador de pureza de oxigênio, com filtro de partícula na entrada, Com potência entre 260W - 380W, capacidade aproximada de 0,5 a 5 L/min (fluxo por litro), concentração entre 87% a 95%, Níveis de alarme de oxigênio, temperatura de operação de 12 a 32 C, com umidade em operação de aproximadamente 95%, pressão de saída entre 5,5 a 10 PSI. Com alarme sonoro, sistema de segurança, Acessórios que devem acompanhar cada concentrador.</p> <p>a) 1 cateter nasal medindo no mínimo 02 metros, com 02 extensões de sete metros cada uma.</p> <p>b) 1 Umidificador do concentrador</p> <p>c) 1 kit adulto ou infantil para nebulização integrada, dependendo da necessidade do paciente.</p>	R\$ 293,33	R\$ 281.600,00
				Observação:		
				Os itens A,B e C, deverão ser obrigatoriamente trocados a cada 03 meses, ou a qualquer instante, caso seja necessário.		
				A voltagem do equipamento deverá ser 110 v ou Bivolt.		
				Os equipamentos deverão ter a função de nebulização integrada, sobre o prazo de entrega, o mesmo deverá ser mantido em 05 dias corridos.		
				Total	R\$ 281.600,00	