

## Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires

Processo n.º 1755/2021

Pregão Eletrônico n.º 046/2021

<b>ANEXO I – PLANILHA ESTIMATIVA DE QUANTIDADES</b>						
<b>LOTE 5</b>						
<b>Item</b>	<b>Qtde</b>	<b>Apres.</b>	<b>Descrição Completa</b>	<b>R\$ Unitário</b>	<b>R\$ TOTAL</b>	<b>MARCA</b>
1	5.000	Unidade	Filtro constituído por um corpo em Poliestireno atóxico/PVC, interior em material filtrante K-resina, hidrofóbico com eficiência de filtração bacteriana e viral de 99,999%. Tubo traqueia e tampa constituídos em polipropileno. Filtro isento de qualquer tratamento com sais, hidrofóbico e bidirecional. Conectores cônicos do tipo coaxial, com diâmetros aproximados de 10mm e 30mm, de acordo a norma ISO 5356-1: 1987. Conecta-se a todos os tipos de máquinas com conector padrão. Pode dispor ainda de um port com conexão do tipo Luer Lock que permite a amostragem de CO2 expirado pelo paciente. - Volume Corrente Aproximado: 100 – 1500ml; - Resistência a fluxo de filtro Aproximado: 80pa fluxo seco/ 100pa fluxo molhado - Espaço morto Aproximado: 30ml;- Tamanho aproximado: 74x87mm; - Tubo traqueia expansível aproximada: 15cm.	R\$ 19,80	R\$ 99.000,00	SCAVMEDICAL
			<b>Valor Lote 5</b>		<b>R\$ 99.000,00</b>	