

## Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires

Processo n.º 3397/2021

Pregão Eletrônico n.º 099/2021

Item	Qtde	Apres.	Descrição Completa	R\$ Unitário	R\$ TOTAL	MARCA
1	13.000	Unidade	Fita Integradora Quimico Tipo 5 - com 250 tiras para autoclave a vapor constituído de tiras de papel apropriado impregnado no reativo químico termocrômico de cor rosa clara, atóxico, sem presença de chumbo em conformidade com a norma do ISO 11140-1, após submetido ao processo de esterilidade por vapor, muda de cor clara para escura uniforme possibilitando a leitura dos seguintes parâmetros: tempo, temperatura e qualidade do vapor. Esses integradores são colocados dentro da caixa cirúrgica e após o processo de esterilização e uso da caixa é fixado o integrador no prontuário do paciente para que se comprove o controle dos materiais que foram esterilizados. Embalagem com 250 tiras contendo dados de identificação e procedência, data de fabricação e validade, número do lote e faixas de tempo x temperatura. Deve apresentar guia de fácil interpretação.	R\$ 0,34	R\$ 4.420,00	MAXXIMED
			<b>Valor Total Global</b>		<b>R\$ 4.420,00</b>	