

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires

Processo n.º 6870/2022

Pregão Eletrônico n.º 136/2022

| ANEXO I - PLANILHA ESTIMATIVA DE QUANTIDADES |      |     |                |  |                |             |       |
|--|------|-----|----------------|--|----------------|-------------|-------|
| ITEM   | QTDE | UNI | Cod. Smar      | DESCRIÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | MARCA |
| 1<br>(EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)                  | 2    | Uni | 1.20.05.0084.6 | ARMARIO BAIXO; EM MADEIRA MDP; REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMINICO; NA COR WALNUT PARA O TAMPO E AS PORTAS, LATERAIS NA COR PRETA; ACABAMENTO DAS BORDAS EM FITA ABS; MEDINDO (700X800X400)MM=(AXLXP); COM 02 PORTAS DE ABRIR; COM FECHADURA E CHAVES; COM PUXADORES EM POLIESTIRENO; CONTEDO 01 PRATELEIRA; ESPESSURA MINIMA DE 15MM PARA O CORPO E DE 40MM PARA O TAMPO; BASE EM MADEIRA MDP; COM SAPATAS NIVELADORAS; COM GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES   |                |             |       |
| 2<br>(EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)                  | 25   | Uni | 1.20.05.0167.2 | BALDE A PEDAL, MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOX, CAPACIDADE: 30L  |                |             |       |
| 3<br>(EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)                  | 2    | Uni | 1.20.05.0168.0 | BANCADA DE APOIO COM ESPELHO - 80CM. 100% AÇO INOXIDÁVEL. ESPELHO FRONTÃO. TAMPA E PRATELEIRA INFERIOR REFORÇADOS. PÉS AJUSTÁVEIS, GARANTINDO SEGURANÇA E ESTABILIDADE. TIPO DE AÇO: AISI 201. CAPACIDADE DE PESO DA TAMPA: 300KG. CAPACIDADE DE PESO DA PRATELEIRA INFERIOR: 100KG. CAPACIDADE DE PESO TOTAL: 400 KG. MEDIDAS: 80X50X90CM (CXLXA). ESPELHO FRONTÃO: 10CM. MEDIDAS DA PRATELEIRA INFERIOR: 74,5CMX32CM (CXL). ESPESSURA DAS CHAPAS DE AÇO: 0,6MM   |                |             |       |
| 4  | 5    | UNI | 1.20.05.0171.0 | CADEIRA PARA OBESOS DE BASE FIXA. POSSUIR APOIO DE BRAÇO EM AÇO. SUPORTAR 250KG OU MAIS. CONFECIONADA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE: NO MÍNIMO D33 .REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO OU COURVIN NA COR PRETA. PROFUNDIDADE MÍNIMA DO ASSENTO DE 470MM E MÁXIMA DE 510MM. LARGURA MÍNIMA DO ASSENTO DE 750MM. O ASSENTO DEVE POSSUIR ALTURA MÍNIMA DE 410MM E MÁXIMA DE 450MM. A ALTURA TOTAL (DESDE O PISO ATÉ O TOPO DO ENCOSTO) DEVERÁ SER DE: NO MÍNIMO 730MM E NO MÁXIMO DE 800MM, RESPEITANDO OS LIMITES DE ALTURA DO ASSENTO. BASE FIXA DO TIPO TRAPÉZIO. ATENDER À NORMA ABNT NBR 9050/2020. GARANTIA DE 12 MESES. |                |             |       |

**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires**

Processo n.º 6870/2022

Pregão Eletrônico n.º 136/2022

|   |    |     |                |  |  |  |  |
|---|----|-----|----------------|--|--|--|--|
| 5 | 2  | Uni | 1.20.05.0175.3 | COLETOR DE LIXO COM TAMPA E RODAS. INJETADO EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP) NA COR PRETA COM PROTEÇÃO UV. CAPACIDADE 120L. ACIONAMENTO DA TAMPA POR PEDAL. ACOMPANHA UM PAR DE RODAS DE 8 POLEGADAS (200MM) CONFECCIONADAS EM BORRACHA MACIÇA PARA NÃO DANIFICAR O PISO E FACILITAR A MOVIMENTAÇÃO. EIXO DAS RODAS EM AÇO CARBONO 1020 GALVANIZADO. PINO DE ENCAIXE DA TAMPA EM POLIACETAL E ESTRUTURA METÁLICA DO PEDAL EM AÇO CARBONO PINTADO (PRETO) OU GALVANIZADO. MEDIDAS: 980MM (ALTURA) X 480MM (LARGURA) X 550MM (PROFUNDIDADE). |  |  |  |
| 6 | 1  | Uni | 1.20.05.0125.7 | CONJUNTO COM 1 MESA DE REFEITÓRIO E 6 CADEIRAS; TAMPO RETANGULAR EM MDP DECORATIVO GRANITADO NA COR CRAQUELADO DARK. CADEIRAS COM ASSENTO ANATÔMICO E TECIDO PU; BASE DA MESA E CADEIRAS DE AÇO COM PINTURA EM TINTA EPÓXI-PO NA COR PRETA; MEDIDAS APROXIMADAS DA MESA (BASE + TAMPO): 77CM X 140CM X 75CM (AXLXP); MEDIDAS APROXIMADAS DAS CADEIRAS: 90 CM X 39CM X 48CM (AXLXP)   |  |  |  |
| 7 | 4  | Uni | 1.20.05.0180.0 | DISPENSER DE COPOS DESCARTÁVEIS. COMPATIBILIDADE: COPOS DE 150ML A 200ML. COM MECANISMO QUE POSSIBILITA A RETIRADA DE 1 COPO POR VEZ. CAPACIDADE DO TUBO: 100 COPOS (1 FARDO DE COPOS DE ÁGUA). PARA SER INSTALADO EM PAREDE.  |  |  |  |
| 8 | 25 | Uni | 1.03.06.0311.9 | FILTRO DE LINHA DUPLA PROTEÇÃO: FUSÍVEL E VARISTOR; CHAVE LIGA/DESLIGA COM LED INDICATIVO DE FUNCIONAMENTO; BIVOLT 100-240VAC AUTOMÁTICO 50/60HZ; CAPACIDADE DE PROTEÇÃO: 125 JOULES; CORRENTE MÁXIMA DE OPERAÇÃO: 10 AMPÈRES; POTÊNCIA MÁXIMA DE OPERAÇÃO: 1270W EM 127V/ 2200W EM 220V »TOMADA SEPARADA PARA FACILITAR CONEXÃO COM PLUGUES 90º; MATERIAL ANTICHAMAS; POSSUI FUSÍVEL RESERVA; QUATRO CONEXÕES; 1,5 DE COMPRIMENTO DE CABO; NA COR PRETA.  |  |  |  |

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires

Processo n.º 6870/2022

Pregão Eletrônico n.º 136/2022

|    |   |     |                |   |  |  |  |
|----|---|-----|----------------|---|--|--|--|
| 9  | 1 | Uni | 1.20.05.0101.0 | FOGAO DOMESTICO CONVENCIONAL A GAS COM 4 BOCAS; QUEIMADORES SIMPLES; COM ACENDIMENTO AUTOMATICO; FORNO COM VIDRO DUPLO NA PORTA, LUZ INTERNA; PRATELEIRAS DESLIZANTES; PROTECAO TRASEIRA; PES NIVELADORES E DESLIZANTES; MEDINDO NO MINIMO 80 X 45 X 50 CM (AXLXP); O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR DE SEGURANCA VIGENTES; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES; COR BRANCA   |  |  |  |
| 10 | 1 | Uni | 1.02.01.0132.3 | FORNO; MICRO-ONDAS, DOMESTICO; ELETRICO; COM ACABAMENTO ESMALTADO BRANCO; MICROONDAS; (52 X 32,5 X 41,5)CM (L X A X P); COM CAPACIDADE MINIMA DE 31 LITROS; COM PRATO GIRATORIO; TRAVA DE SEGURANCA; COM 1 CAMARA INTERNA, 10 NIVEIS DE POTENCIA, PAINEL DE MEMORIA PROGRAMAVEL, PES FIXOS; DESCONGELAMENTO DE PRATOS PRONTOS, RELOGIO; POTENCIA MÍNIMA DE 1500 W; CONTROLADO ATRAVES DE TIMER; VOLTAGEM: 127 V; GARANTIA MINIMA DE 1 ANO APOS A ENTREGA DO EQUIPAMENTO |  |  |  |
| 11 | 3 | Uni | 1.02.02.0279.0 | LIXEIRA PARA DESCARTE DE COPOS DESCARTÁVEIS. LIXEIRA DUPLA COM TUBOS EM PVC NA COR PRETA PARA COPOS DESCARTÁVEIS DE ÁGUA DE 200ML. MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 69CM, DIÂMETRO DOS TUBOS: 8CM. CAPACIDADE: 180 COPOS DE 200ML.  |  |  |  |
| 12 | 3 | Uni | 1.20.05.0122.2 | POLTRONA PARA RECEPÇÃO; BASE FIXA; COM ESTRUTURA E BRAÇOS EM AÇO CROMADO; BRAÇOS ABERTOS EM FORMA DE "Y" INVERTIDO. CONCHA MONOBLOCO EM ESPUMA INJETADA, TOTALMENTE REVESTIDA EM COURINO NA COR PRETA   |  |  |  |

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires

Processo n.º 6870/2022

Pregão Eletrônico n.º 136/2022

|    |    |     |                |  |  |  |  |
|----|----|-----|----------------|--|--|--|--|
| 13 | 4  | Uni | 1.20.13.0086.7 | PURIFICADOR DE ÁGUA DE PAREDE. FUNÇÃO: FILTRA E PURIFICA A ÁGUA, RETÉM IMPUREZAS SÓLIDAS, ABSORVE O CLORO, REDUZ TURBIDEZ, SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS E ORGÂNICAS. REMOVE SABORES E ODORES DESAGRADÁVEIS, CAUSADOS PELO CLORO. QUANTIDADE DE TORNEIRAS: 2 (SENDO UMA GELADA E OUTRA NATURAL). CAPACIDADE MÍNIMA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA: NO MÍNIMO 2L. COMPRESSOR QUE NÃO UTILIZA CFC VIDA ÚTIL DO REFIL: MÍNIMA 3 ANOS. TIPO DE PRODUTO: ELÉTRICO OPÇÕES DE TEMPERATURA GELADA E NATURAL. MANGUEIRA ATÓXICA. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO. BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS REMOVÍVEL. FÁCIL TROCA DO FILTRO. COR: BRANCA. POTÊNCIA APROXIMADA 80W (BAIXO CONSUMO DE ENERGIA). TENSÃO: 110 V OU BIVOLT |  |  |  |
| 14 | 2  | Uni | 1.20.03.0002.5 | QUADRO BRANCO DE AVISOS. CONFECCIONADO EM CHAPA DE FIBRA BRANCA RESINADA. MOLDURAS ARREDONDADAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO. SUPORTE PARA APAGADOR REMOVÍVEL, ARREDONDADO E DESLIZANTE COM 40CM. MEDIDAS: 120X90CM (CXA).  |  |  |  |
| 15 | 2  | Uni | 1.20.04.0002.0 | RELÓGIO DIGITAL DE PAREDE. MATERIAL PLÁSTICO. MOSTRADOR DIGITAL EM 12H OU 24H. FUNCIONAMENTO PILHA/BATERIA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DISPLAY COM MINUTO/SEGUNDO; DETALHE DO MOSTRADOR EM ALTO RELEVO; TIMER; TERMÔMETRO COM DUAS ESCALAS; RELÓGIO AM/PM; MEDIDAS APROXIMADAS (AXLXE): 19 X 28,8 X 2,6CM.  |  |  |  |
| 16 | 24 | Uni | 1.20.12.0096.0 | SUPORTE PARA CPU COM RODINHAS. COMPATÍVEL COM GABINETES AT E ATX. BASE EM PLÁSTICO RESISTENTE NA COR PRETA COM RODÍZIOS. PERMITE AJUSTE PARA DIFERENTES TAMANHOS. AJUSTE DE 15,5 A 22,5 CM. ITENS INCLUSOS: 1 SUPORTE PARA CPU AJUSTÁVEL E 4 RODINHAS. PESO MÁXIMO SUPOSTADO: 20 KG.   |  |  |  |

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires

Processo n.º 6870/2022

Pregão Eletrônico n.º 136/2022

|    |    |     |                |   |  |  |  |
|----|----|-----|----------------|---|--|--|--|
| 17 | 14 | Uni | 1.20.05.0083.8 | TELEFONE COM FIO PARA USO EM RESIDÊNCIAS E ESCRITÓRIOS. -MODOS DE DISCAGEM TOM E PULSO. -COMUTAÇÃO TEMPORÁRIA (PULSO / TOM). -3 VOLUMES E 3 MELODIAS DE CAMPAINHA AJUSTÁVEIS PELO TECLADO. -4 MEMÓRIAS DE TOQUE ÚNICO. -10 MEMÓRIAS DE 2 TOQUES. -TECLA MUTE - PAUSA -REDISCAGEM DA ÚLTIMA CHAMADA. -MONTAGEM MESA E PAREDE. - PINO PADRÃO -APLICAÇÃO: LINHAS PÚBLICAS E PABX. -TECLA FLASH 100 E 250 MS.   |  |  |  |
| 18 | 6  | Uni | 1.20.05.0120.6 | TELEVISAO; EM CORES; CONVERSOR PARA TV DIGITAL INTEGRADO, WI FI; TELA PLANA / LED; DE 49 POLEGADAS; COM RESOLUCAO DE 1920 X 1080 PIXELS, FULL HD; DIAGONAL VISUAL COM APROX. 140 CM; RECEPTOR DIGITAL ISDB-T GINGA INTEGRADO, FUNCAO SMART TV; REDE SEM FIO WI-FI INTEGRADA AO APARELHO; REPRODUCAO DE AUDIO DIGITAL, DE FOTO DIGITAL, VIDEO DIGITAL E VIDEO DE INTERNET; ENTRADA: 2 ENTRADAS HDMI, 1 ENTRADA USB, 1 ENTRADA COMPONENTE (Y/PB/PR), ENTRADA VIDEO COMPOSTO (AV); SAIDA: 1 SAIDA DE AUDIO (MINI JACK); COM RECEPCAO PARA VHF, UHF, TV A CABO; SISTEMA DE CORES PAL-M, NTSC, PAL-N, ISDB-TB; CONTROLE REMOTO PADRAO DO FABRICANTE; VOLTAGEM 100-240 VAC, 60 HZ, COM COMUTACAO AUTOMATICA - BIVOLT; CONSUMO APROXIMADO DE 128 W; MEDINDO APROXIMADAMENTE 1120 X 670 X 187,5 MM (L X A X P) COM A BASE; PESANDO NO MAXIMO 10,6 KG; COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES; MANUAL EM PORTUGUES. |  |  |  |
| 19 | 2  | Uni | 1.12.18.0047.2 | AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO TIPO CAPSULAR. MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL COM SISTEMA UNIVERSAL, PERMITINDO O USO DE TODOS OS MODELOS DE CÁPSULAS PRÉ-DOSIFICADAS. TAMPA PROTETORA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE; POSSUIR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE IMPEDE SEU FUNCIONAMENTO COM A TAMPA ABERTA; BAIXA VIBRAÇÃO E SILENCIOSO; BIVOLT (110-220V); COM PELO MENOS 4.600 RPM; TEMPORIZADOR ELETRÔNICO COM ESCALA PODENDO IR DE 0 A 30 SEG TENDO DIVISÃO DE 1 EM 1 SEG E CAPACIDADE DE MEMORIZAÇÃO DO ÚLTIMO BATIMENTO SELECIONADO. SUPERFÍCIE LISA, FACILITANDO A LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO EQUIPAMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.   |  |  |  |

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires

Processo n.º 6870/2022

Pregão Eletrônico n.º 136/2022

|    |   |     |                |   |  |  |  |
|----|---|-----|----------------|---|--|--|--|
| 20 | 4 | Uni | 1.12.18.0127.4 | APOIO DE BRAÇO PARA COLETA DE SANGUE. MATERIAL DO PRODUTO: AÇO GALVANIZADO OU INOX COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. CONCHA EM INOX REVESTIDA EM CORANO ACOLCHADO. MEDIDAS APROXIMADAS DE ALTURAS: MÍNIMA 74CM E MÁXIMA 110 CM. COM PÉS NIVELADORES.   |  |  |  |
| 21 | 2 | Uni | 1.20.05.0123.0 | AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA AUTOMÁTICA COM VOLUME INTERNO DE 21 L CONSTRUÍDO EM AÇO E ALUMÍNIO TRATADO QUIMICAMENTE CONTRA CORROSÃO, CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA E BANDEJA FABRICADOS EM AÇO INOX AISI 316, ACABAMENTO EXTERNO COM PINTURA EM EPÓXI CURADA A 200°C C/MÁXIMA RESISTÊNCIA A VARIAÇÕES DE TEMPERATURA A À OXIDAÇÃO, 4 CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO, ENCHIMENTO AUTOMÁTICO QUE DISPENSA MONITORAMENTO, COM SENSOR DE NÍVEL INTERNO E RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 2 L E COLETOR DE FÁCIL ACESSO NA PORTA, CONTROLE ELETRÔNICO COM PAINEL E INDICADORES DAS FUNÇÕES, SENSOR DE TEMPERATURA, SISTEMA DE VEDAÇÃO DA C/BORRACHA DE SILICONE ESPECIAL, FUSÍVEL DE SEGURANÇA PARA CASOS DE VARIAÇÃO DE TENSÃO DA REDE E ACOMPANHAM 3 BANDEJAS PARA OS INSTRUMENTAIS |  |  |  |
| 22 | 4 | Uni | 1.20.05.0128.1 | BIOMBO; ESTRUTURA EM ACO INOXIDAVEL, ARTICULAVEL; COMPOSTO DE 3 PAINEIS, COM FORRACAO EM VINIL LAVAVEL, HASTES DOBRAVEIS; DIMENSOES MINIMAS APROXIMADAS 170X86CM (AXL) POR PAINEL; PARTE CENTRAL FIXA POR PONTEIRAS DE BORRACHA E LATERAIS COM RODIZIOS GIRATORIOS. GARANTIA 12 MESES   |  |  |  |

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires

Processo n.º 6870/2022

Pregão Eletrônico n.º 136/2022

|    |   |     |                |  |  |  |  |
|----|---|-----|----------------|--|--|--|--|
| 23 | 1 | Uni | 1.20.05.0134.6 | CADEIRA DE RODAS; EM ACO CARBONO; PARA ADULTO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 90 KG, LARGURA TOTAL ATE 70 CM; TIPO DOBRAVEL EM X, C/TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; RODAS TRASEIRAS 24 POL., EM NYLON COM PNEU INFLAVEL, DIANTEIIRA 6 POL. MACICAS; COM FREIO BILATERAL; COM APOIOS DE ANTE-BRACO REMOVIVEL, APOIO DE PANTURRILHA ELEVAVEL; COM APOIOS PARA OS PES DOBRAVEL EM POLIETILENO; ASSENTO EM COURVIN OU NYLON, NA COR PRETA, LARGURA ATE 47 CM; ENCOSTO EM COURVIN OU NYLON, NA COR PRETA. GARANTIA 12 MESES   |  |  |  |
| 24 | 1 | Uni | 1.20.05.0135.4 | CADEIRA DE RODAS; EM ACO, COM PINTURA EPOXI NA COR PRETA, ARO DE PROPULSAO CROMADO; PARA USUARIO DE 150 A 200 KG; LARGURA DO ASSENTO 60 CM, ESPESSURA DO REVESTIMENTO 5 CM; TIPO DOBRAVEL; RODAS DA FRENTE 6 POL. TRAZEIRAS DE 24 POL., PNEUS MACICOS, EIXO DE REMOCAO RAPIDA, ROLAMENTOS BLINDADOS; COM FREIO BILATERAL; CINTO DE SEGURANCA; COM APOIOS DE ANTE-BRACO ESCAMOTEAVEL; COM APOIOS PARA OS PES ARTICULADO; ASSENTO EM ESPUMA DENSIDADE 50, REVESTIMENTO COURVIM PRETO, REFORCADO C/ FITAS TENSORAS ESPECIAIS; ENCOSTO EM ESPUMA DENSIDADE 40, REVESTIMENTO COURVIM PRETO, REFORCADO C/ FITAS TENSORAS ESPECIAIS |  |  |  |
| 25 | 4 | Uni | 1.20.05.0169.9 | CADEIRA MOCHO ODONTOLÓGICO, SEM BRAÇOS COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: EM COURO SINTÉTICO, MECANISMO COM REGULAGEM DE ALTURA POR PISTÃO A GÁS, BASE GIRATÓRIA NA COR PRETA EM POLIPROPILENO COM CINCO RODÍZIOS. ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE. PESO SUPOSTADO: ATÉ 125KG, MEDIDAS MÍNIMAS: ENCOSTO ALTURA: 29CM, LARGURA 38CM, PROFUNDIDADE: 40CM LARGURA, ESPESSURA: 6CM, ALTURA MÍNIMA DO CHÃO ATÉ O ASSENTO: 40 CM ALTURA MÁXIMA DO CHÃO ATÉ O ASSENTO: 50CM GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES.   |  |  |  |

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires

Processo n.º 6870/2022

Pregão Eletrônico n.º 136/2022

|    |   |     |                |  |  |  |  |
|----|---|-----|----------------|--|--|--|--|
| 26 | 3 | Uni | 1.20.05.0170.2 | CADEIRA MOCHO SEM ENCOSTO. BASE GIRATÓRIA NA COR PRETA COM CINCO RODÍZIOS. MATERIAL ASSENTO: COURO ECOLÓGICO/COURVIN NA COR PRETA COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE. REGULAGEM DE ALTURA A GÁS. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA ASSENTO: 34 CM; ESPESSURA ASSENTO 6CM. ATURA ASSENTO AO SOLO MÍN/MÁX: 45,5CM/55,5CM. PROFUNDIDADE TOTAL: 59CM. PESO REAL SUPOSTADO: 125KG.   |  |  |  |
| 27 | 2 | Uni | 1.20.13.0039.5 | CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO / SUGADOR / REFLETOR). COMANDO DA CADEIRA: PEDAL. CABECEIRA: ARTICULADA. REFLETOR: MULTIFOCAL (MAIS DE UMA INTENSIDADE). EQUIPO: TIPO CART OU ACOPLADO. UNIDADE AUXILIAR: 1 SUGADOR. CUBA: PORCELANA/CERÂMICA. POSSUI: SERINGA TRÍPLICE, PEÇA RETA, CONTRA ÂNGULO, MICRO MOTOR E CANETA DE ROTAÇÃO. TERMINAIS: NO MÍNIMO 3 (TRÊS).   |  |  |  |
| 28 | 2 | Uni | 1.20.05.0172.9 | CÂMARA FRIA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS VERTICAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 360 LITROS, COM TEMPERATURA HOMOGÊNEA POSITIVA CONTROLADA DE +2°C A +8°C, MONITORAMENTO REMOTO DA CÂMERA EM CASO DE QUEDA DE ENERGIA ATRAVÉS DE SISTEMA DE BATERIA COM CAPACIDADE DE 24 A 72 HORAS DE AUTONOMIA, DEVIDAMENTE REGULAMENTADAS PELA ANVISA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ACOMPANHADO COM MANUAL TÉCNICO ESCRITO EM LÍNGUA PORTUGUESA E ARMAZENADO EM MÍDIA PEN DRIVE OU SIMILAR, COM A SEGUINTE FICHA TÉCNICA: TIPO VERTICAL, FAIXA DE TEMPERATURA +2°C A +8°C, DIMENSÕES APROXIMADAMENTE EXTERNAS ALT.: 205,2CM LARG.: 64CM PROF.: 75CM, DIMENSÕES INTERNAS ALT.: 139,2CM LARG.: 49CM PROF.: 55CM, GABINETE EXTERNO E INTERNO AÇO INOXIDÁVEL, PORTA DE VIDRO COM SISTEMA ANTIEMBAÇAMENTO COM MOLDURA DE ALUMÍNIO ESCOVADO COM ABERTURA DESLIZANTE, PRATELEIRA/GAVETAS 4 A 8 PRATELEIRAS/GAVETAS DESLIZANTES, BASE RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM TRAVA, TENSÃO 110/127 E/OU 220/240VAC E/OU 12/24VCC, FREQUÊNCIA 50HZ E/OU 60 HZ, ISOLAMENTO TÉRMICO - PU INJETADO 75 EXPANDIDO DE ALTA DENSIDADE ISENTO DE CFC (MM), UNIDADE COMPRESSORA COMPRESSOR HERMÉTICO AC OU DC OU AC/DC ACOPLADO, GÁS REFRIGERANTE R134 ECOLÓGICO. GARANTIA DE 12 MESES. |  |  |  |

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires

Processo n.º 6870/2022

Pregão Eletrônico n.º 136/2022

|    |   |     |                |  |  |  |  |
|----|---|-----|----------------|--|--|--|--|
| 29 | 5 | Uni | 1.20.05.0173.7 | CANETA ALTA ROTAÇÃO FG SISTEMA DE COLOCAÇÃO E RETIRADA DE BROCA COM AUXILIO DE SACA-BROCAS, SPRAY TRIPLO GRANDE EFICIÊNCIA NA REFRIGERAÇÃO DA BROCA E DA SUPERFÍCIE DO DENTE, TURBINA MICROBALANCEADA ROLAMENTOS DE CERÂMICA GARANTINDO A DURABILIDADE POR MUITO MAIS TEMPO, ENCAIXE BORDEN, ROTAÇÃO DE 380.000 RPM A 420.000 RPM AUTOCLAVÁVEL.  |  |  |  |
| 30 | 1 | Uni | 1.20.05.0174.5 | CARRO MACA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ADULTO OBESO. CARRO MACA PARA TRANSPORTE INTRA HOSPITALAR QUE PERMITA TRANSPORTE SEGURO DE PACIENTES ADULTO OBESO SUPERIOR A 200 KG, FABRICADA E CONSTRUÍDA EM ESTRUTURA DE TUBOS REDONDOS EM AÇO INOXIDÁVEL COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 1 POLEGADA POR 1.25 MM DE ESPESSURA DA PAREDE, QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE ALTA RESISTÊNCIA, COM RODAS DE TAMANHO ENTRE 8" E 10" SENDO DOIS RODÍZIOS COM FREIO DISPOSTOS DIAGONALMENTE. LEITO CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM ESPESSURA MÍNIMA EQUIVALENTE À CHAPA 22, PROVIDO DE PÁRA-CHOQUE NA CABECEIRA E NOS PÉS. GRADES DE TOMBAR NOS DOIS LADOS DO LEITO EM TUBOS REDONDOS DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM TODAS AS SOLDAS REFORÇADAS E BEM ACABADAS DE FORMA QUE NÃO POSSIBILITE NENHUM TIPO DE EXPOSIÇÃO FUTURA. CABECEIRA QUE PERMITA AJUSTE ATÉ 60°, AÇO INOXIDÁVEL, REGULÁVEL ATRAVÉS DE CREMALHEIRA. DIMENSÃO APROXIMADA DO LEITO: 200 X 80 X 70 CM (CXLXA) PODENDO VARIAR EM ATÉ 10CM E CAPACIDADE DE SUPORTAR NO MÍNIMO 200 KG. ACOMPANHA O PRODUTO: UM SUPORTE DE SORO EM AÇO INOX COM 2 GANCHOS EM T, ACOPLADO A LATERAL DO LEITO. COLCHONETE NAS DIMENSÕES DO LEITO E CONFECCIONADO EM ESPUMA 100% POLIURETANO EM UMA SÓ PEÇA, REVESTIDO COM COURVIN IMPERMEÁVEL, ANTIALÉRGICO, LAVÁVEL E RESISTENTE A DESINFECÇÃO QUÍMICA E RESSECAMENTO NA COR PRETA COM COSTURAS EMBUTIDAS, CONTENDO RESPIROS NAS LATERAIS, NA DENSIDADE MÍNIMA DE 28 COM 10 CM DE ESPESSURA. CERTIFICADO DO INMETRO E REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. |  |  |  |

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires

Processo n.º 6870/2022

Pregão Eletrônico n.º 136/2022

|    |   |     |                |   |  |  |  |
|----|---|-----|----------------|---|--|--|--|
| 31 | 1 | Uni | 1.20.05.0176.1 | COMPRESSOR DE AR P/USO ODONTOLÓGICO; COM 2 MOTORES DE 1HP-1,5KW, ISENTO DE ÓLEO, 4 POLOS, 1740 RPM; RESERVATÓRIO COM TRATAMENTO INTERNO ANTIOXIDANTE, VOLUME MÍNIMO DE 150 L (+/- 10%), CONFORME NR-13 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO; PRESSÃO MÁXIMA DE 120 PSI (LBF/POL2) E MIN. DE 80 PSI (LBF/POL2), 1ESTAGIO E 2 PISTÕES 2X2-V; VAZÃO DE AR DE NO MÍNIMO 20 PCM=566L/MIN; COM 1 SAÍDA DE AR 1/4 POLEGADA REGULÁVEL, COM MANÔMETRO E VÁLVULA DE SEGURANÇA E VÁLVULA DE RETENÇÃO; NÍVEL DE RUÍDO ATÉ 84DB APROXIMADAMENTE; ACOMPANHA FILTRO DE AR COM DRENO AUTOMÁTICO, REGISTRO DE SAÍDA DE AR, PRESSOSTATO; ALIMENTAÇÃO DA REDE 220V / 60 HZ; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA INSTALAÇÃO E GARANTIA DO RESERVATÓRIO DE 5 ANOS; ASSISTÊNCIA TÉCNICA E PEÇAS DE REPOSIÇÃO POR 5 ANOS, MANUAL DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO,REGISTROS CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE |  |  |  |
| 32 | 5 | Uni | 1.20.05.0177.0 | CONTRA ANGULO COM O SISTEMA INTRA E ROTAÇÃO 1:1 POSSUI CABEÇA REDUZIDA QUE PROPICIA MAIOR COMODIDADE OPERACIONAL O CORPO GIRATÓRIO SOBRE O MICRO MOTOR GERA UM FÁCIL MANUSEIO SEU EFICAZ SISTEMA DE PINÇAS GARANTE A FIXAÇÃO DA BROCA MESMO QUANDO SE TRABALHA SOBRE MATERIAIS RESISTENTES A DESGASTE AUTOCLAVÁVEL EM UMA TEMPERATURA DE ATE 135C° SEM RISCO DE DANOS   |  |  |  |
| 33 | 1 | Uni | 1.20.05.0178.8 | CUBA ULTRASSÔNICA - COM DISPLAY DIGITAL, 05 CICLOS DE LIMPEZA PRÉ-PROGRAMADOS, SISTEMA DE AQUECIMENTO DO LIQUIDO, FREQUÊNCIA ULTRASSÔNICA DE 42.000HZ., CAPACIDADE DE 2,6 LITROS, PESO LIQUIDO APROXIMADO DE 2,50 KG, PESO BRUTO APROXIMADO: 3,00 KG, VOLUME TOTAL DO TANQUE: 2,6 L, VOLTAGEM: 110V OU 220V, FREQUÊNCIA: 50/60 HZ, POTENCIA DE ENTRADA: 170W (220V), 160W (127V), TEMPERATURA MÁXIMA DE AQUECIMENTO DA ÁGUA: 65°C. TEMPERATURA AMBIENTE DE TRABALHO: 15°C A 40°C.   |  |  |  |

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires

Processo n.º 6870/2022

Pregão Eletrônico n.º 136/2022

|    |   |     |                |   |  |  |  |
|----|---|-----|----------------|---|--|--|--|
| 34 | 1 | Uni | 1.20.05.0179.6 | DESTILADOR DE ÁGUA PORTÁTIL, ELIMINA TOTALMENTE OS TOTAIS SÓLIDOS DISSOLVIDOS (MINERAIS, METAIS PESADOS, TOXINAS, OU QUALQUER OUTRO CONTAMINANTE). RESERVATÓRIO DE QUATRO LITROS. * CUBA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL, POSSUIR VEDAÇÃO ENTRE AS PARTES MEDIANTE ANEL DE SILICONE PARA MANTER A PRESSÃO INTERNA. COM CORPO RECOBERTO POR TERMOPLÁSTICO, RESISTENTE E FÁCIL DE LIMPAR. DIMENSÕES APROXIMADAS DE: 380 X 235MM; PESO LÍQUIDO APROXIMADO DE: 3,5 KG; VELOCIDADE SUFICIENTE PARA SUPRIR ATÉ QUATRO AUTOCLAVES DE 12 LITROS FUNCIONANDO SIMULTANEAMENTE (1 LITRO POR HORA). BOTÃO DE ACIONAMENTO. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO QUANDO ACABAR A ÁGUA DO RESERVATÓRIO INTERNO. ABASTECIMENTO MANUAL. NÃO EXIGE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS.  |  |  |  |
| 35 | 2 | Uni | 1.20.13.0045.0 | FOTOPOLIMERIZADOR; MODELO DE MESA, SEM FIO, PORTÁTIL; CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE, SUPERFÍCIE LISA, FÁCIL ASSEPSIA; PEÇA DE MÃO RETA, COMPACTA E LEVE; PONTEIRA CONDUTORA DE LUZ EM ACRÍLICO AUTOCLAVÁVEL; COM BATERIA RECARREGÁVEL COM TEMPO DE RECARGA DE APROXIMADAMENTE 4 HORAS; COM INDICADOR DE TEMPO SONORO E AJUSTÁVEL EM INTERVALOS DE 05 SEGUNDOS; LAMPADA LED DE ALTA POTENCIA; COMPATÍVEL COM TODAS AS RESINAS FOTOPOLIMERIZÁVEIS; IRRADIÂNCIA APROXIMADA DE 1000 A 1500 MW/CM2; LUZ COM COMPRIMENTO DE ONDA ENTRE 420-480 NM; REDE DE 110 - 240 V SELECIONÁVEL, 60 HZ; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; GARANTIA DE ASSIST. TÉCNICA E PEÇAS DE REPOSIÇÃO POR 1 ANO, MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO; EMBALAGEM PROTETORA EM CAIXA, DEVIDAMENTE ACONDICIONADO. |  |  |  |
| 36 | 1 | Uni | 1.20.05.0181.8 | KIT CIPA DE PRIMEIROS SOCORROS CONTENDO: - 1 CAPA PARA KIT CIPA; 1 PRANCHA LONGA EM POLIETILENO; 1 CONJUNTO DE 3 CINTOS; 1 JOGO DE TALA ARAMADA EM E.V.A. COM 4 TAMANHOS; 1 BANDAGEM TRIANGULAR TAMANHO G; 1 COLAR CERVICAL P; 1 COLAR CERVICAL M; 1 COLAR CERVICAL G; 1 MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA; 4 PARES DE LUVAS CIRÚRGICAS ESTÉREIS N 7; 1 TESOURA DE PONTA ROMBA; 2 ÓCULOS DE PROTEÇÃO; 4 ATADURAS DE CREPE 10 X 1,20 CM; 4 ATADURAS DE CREPE 15 X 1,20 CM; 1 FITA MICROPORE 25 MM X 10 M; E 2 MÁSCARAS R.C.P. DESCARTÁVEIS.  |  |  |  |

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires

Processo n.º 6870/2022

Pregão Eletrônico n.º 136/2022

|    |   |     |                |   |  |  |  |
|----|---|-----|----------------|---|--|--|--|
| 37 | 2 | Uni | 1.20.05.0182.6 | MICRO MOTOR ODONTOLÓGICO INTRA COM REFRIGERAÇÃO, SISTEMA INTRA DE ENCAIXE RÁPIDO, VELOCIDADE (ROTAÇÃO) DE 3.000 A 20.000 RPM, REVERSÃO DA ROTAÇÃO, AUTOCLAVAVEL A 135° C.   |  |  |  |
| 38 | 2 | Uni | 1.20.05.0136.2 | POLTRONA HOSPITALAR; PARA COLETA DE SANGUE; ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO DE CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA, PÉS COM PONTEIRA DE BORRACHA OU PVC; REVESTIMENTO DO ASSENTO, ENCOSTO, BRACOS E DESCANSA PÉS ESTOFADOS C/ ESPUMA E COURVIN DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO NA COR PRETA; COM BRAÇADEIRA DOS DOIS LADOS PARA APOIO DOS BRAÇOS, AMBOS REMOVÍVEIS, COM ALTURA REGULÁVEL; MOVIMENTOS DE COSTAS E PÉS RECLINÁVEIS SEPARADAMENTE EM 5 POSIÇÕES ATRAVÉS DE SISTEMA MECÂNICO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES |  |  |  |
| 39 | 3 | Uni | 1.20.05.0139.7 | SUPORTE PARA SACO HAMPER; PÉS C/RODÍZIO GIRATÓRIO; EM AÇO INOX ESTRUTURA TUBULAR, ANTI-CORROSIVO, TAMPA EM ALUMÍNIO ACIONADA ATRAVÉS DE PEDAL EM AÇO INOX; COM ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS REDONDOS DE AÇO INOX, MÍN. DE 1,90 MM. ALT. MÍN. 800 A 1,20MM; DIMENSÕES: ARO C/500 MM A 580 MM DE DIÂMETRO X 800 MM A 850 MM DE ALTURA GARANTIA DE 12 MESES   |  |  |  |

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires

Processo n.º 6870/2022

Pregão Eletrônico n.º 136/2022

|    |   |     |                |   |  |  |  |
|----|---|-----|----------------|---|--|--|--|
| 40 | 1 | Uni | 1.20.13.0047.6 | <p>ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO. APARELHO CONJUGADO DE ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO PARA PREPARO E LIMPEZA BIOMECÂNICA DO CANAL RADICULAR, PROFILAXIA DO CÁLCULO E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA REMOÇÃO DO BIOFILME NÃO MINERALIZADO; PAINEL DE COMANDO DIGITAL COM LED INDICATIVO DE FUNCIONAMENTO, COMANDOS ATRAVÉS DE SELETORES DIGITAIS E REGULADORES; TECLA SELETORA DE FUNÇÕES PROGRAMÁVEIS PARA PERIO, ENDO E SCALLING; REGULADOR DA VARIAÇÃO ULTRASSÔNICA, EM DEZ ESTÁGIOS PERMITE MAIS OU MENOS POTÊNCIA; REGULADOR DO FLUXO DE ÁGUA DA BOMBA PERISTÁLTICA COM AJUSTE FINO POSSIBILITANDO TAMBÉM O TRABALHO A SECO NA CONDENSAÇÃO DE AMÁLGAMA, CIMENTAÇÃO DE ONLAYS/INLAYS E TECLA REGULADORA FINA DO FLUXO DE AR DO JATO DE BICARBONATO; BOMBA PERISTÁLTICA COM MICROMOTOR ELÉTRICO; TANQUE DE RESERVATÓRIO DO LÍQUIDO IRRIGANTE COM CAPACIDADE DE 1L ACOPLADO E REMOVÍVEL, CONFECCIONADO EM POLICARBONATO TRANSPARENTE, COM LED; PEÇA DE MÃO DO ULTRASSOM COM TRANSDUTOR PIEZOELÉTRICO COM QUATRO PASTILHAS DE CERÂMICAS, GERANDO VIBRAÇÕES ULTRASSÔNICAS DE 30 KHZ; DUAS CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR E ESTERILIZÁVEIS EM AUTOCLAVE ATÉ 135 °C; ACOMPANHA TRÊS PONTAS COM ROSCA EXTERNA PARA REMOÇÃO DO CÁLCULO E DUAS CHAVES PARA FIXAÇÃO DOS INSERTOS, COM PROLONGADOR DE PROTEÇÃO; PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO REMOVÍVEL E ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE; PONTEIRA COM DIFUSOR CONCÊNTRICO QUE EFETUA A MISTURA DE AR, ÁGUA E BICARBONATO, A UMA PEQUENA DISTANCIA DA PONTA, EVITANDO ENTUPIMENTO DA MESMA; RESERVATÓRIO DE BICARBONATO DE SÓDIO CONFECCIONADO EM POLICARBONATO; PEDAL ÚNICO DE ACIONAMENTO PARA O ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO; POTÊNCIA 60VA; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127/220V – 60HZ. DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE PONTAS. PONTAS EXTRAS (A SEREM ESCOLHIDO O MODELO) , TOTAL DE 20 PONTAS. APRESENTAR CATÁLOGO ORIGINAL E REGISTRO NA ANVISA.</p> |  |  |  |
|    |   |     |                | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  |  |  |  |
|    |   |     |                | PRAZO DE ENTREGA  |  |  |  |
|    |   |     |                | VALIDADE DA PROPOSTA  |  |  |  |
|    |   |     |                | TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA  |  |  |  |