

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires

Processo n.º 2394/18

Pregão n.º 050/19

Anexo I

COTA RESERVADA			LOTE 02			
Item	Qtde	Apres.	Descrição Completa	Valor Unitário	Valor Total	MARCA
1	700.000	Unidade	Tira reagente para detecção de glicose no sangue, que aceite amostras capilar e venoso. Química enzimática de desidrogenase e leitura biosensor em monitor portátil por método amperométrico, sem codificação. Faixa de leitura entre 20 a 500 mg/dl, podem variar para mais ou para menos. Sem interferência com oxigênio. Volume de amostra aceitável de até 1,0ul, que aceite segunda gota de sangue caso a primeira não seja suficiente, faixa de Hematócrito de 15-65%, capacidade mínima de memória de 400 testes. Área de aplicação da amostra deverá estar disponibilizada na parte externa da tira, sem que tenha contato da amostra de sangue com o monitor. Tempo de leitura inferior a 20 segundos. Memória mínima 250 testes. Embalagem com 50 unidades de tiras. Possibilidade de segunda gota, evitando o desperdício de tira. Deverá ser fornecido Software de gestão de glicemia em português a empresa ganhadora deverá entregar sem custo 2.000 aparelhos aos pacientes cadastrados no programa de Diabetes neste Município. Os aparelhos serão solicitados conforme necessidade	R\$ 1,471	R\$ 1.029.700,00	ABBOTT
			Valor Total Global		R\$ 1.029.700,00	