

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires

Processo n.º 4659/19

Pregão n.º 076/19

Anexo I

COTA RESERVADA			Descrição Completa	Valor Unitário	Valor Total	MARCA
Item	Qtde	Apres.				
1	UN	3.199	FITA TESTE PARA AVALIAR A PENETRACAO DO VAPOR: Fita Teste para Avaliar a Penetracao do Vapor, Temperatura e Tempo de Penetração, Tipo Bowie Dick; Uso Em Autoclave a Vapor Ciclo Especifico 134°C/3,5 Min.; Aspecto Folha Teste Disposta Entre Folhas de Papel que forneça resistência para remoção de Ar (7 Kg); embalado em pacote contendo na embalagem externa Integrador Classe 1; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente e Atender o Disposto Daen Iso 11140-4 e En 285;	R\$ 20,70	R\$ 66.219,30	STERILEX
			Valor Total Global		R\$ 66.219,30	